

Code No. 16-0344

製品規格書

臭素酸カリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(KBrO ₃)	質量分率99.8%以上
水溶状	試験適合
乾燥減量(105°C)	質量分率0.2%以下
pH(50g/l, 25°C)	5.0～8.0
臭化物(Br)	質量分率0.02%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.005%以下
窒素化合物(Nとして)	質量分率0.001%以下
重金属(Pbとして)	質量分率5ppm以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.01%以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下

JIS K 8530:2007 (*:当社追加項目)