

Code No. 16-0384

製品規格書

フタル酸水素カリウム

pH標準液用

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度[C ₆ H ₄ (COOK)(COOH)](乾燥後)	質量分率99.9～100.1%
水溶状	試験適合
水分	質量分率0.10%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.002%以下
硫黄化合物(SO ₄ として)	質量分率0.006%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.01%以下
銅(Cu)	質量分率5ppm以下
鉛(Pb)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下

JIS K 8809:2020(*:当社追加項目)