

Code No. 16-0390

製品規格書

0.1mol/L 水酸化カリウム溶液

容量分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
ファクター(20°C)(指示薬法)	0.990~1.009