

Code No. 16-0406

製品規格書

亜硝酸カリウム

和光特級

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
乾燥減量(105°C)	1.0%以下
塩化物(Cl)	0.005%以下
硫酸塩(SO4)	0.01%以下
ナトリウム(Na)	0.5%以下
マグネシウム(Mg)	0.002%以下
カルシウム(Ca)	0.002%以下
鉛(Pb)	2ppm以下
鉄(Fe)	2ppm以下
含量	95.0%以上