

Code No. 16-0421

## 製品規格書

### 0.02mol/L 過マンガン酸カリウム溶液

容量分析用

| 試験項目        | 規格値         |
|-------------|-------------|
| 外観          | 暗赤紫色澄明の液体   |
| ファクター(20°C) | 0.990~1.009 |