

Code No. 16-0575

製品規格書

過塩素酸(60%)

精密分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
強熱残分(硫酸塩)	30ppm以下
塩化物(Cl)	3ppm以下
塩素酸塩(ClO ₃)	10ppm以下
りん酸塩及びけい酸塩(SiO ₂ として)	50ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	1ppm以下
遊離塩素(Cl)	5ppm以下
窒素化合物(Nとして)	20ppm以下
銅(Cu)	0.003ppm以下
亜鉛(Zn)	0.01ppm以下
カドミウム(Cd)	0.01ppm以下
水銀(Hg)	0.003ppm以下
鉛(Pb)	0.002ppm以下
ひ素(As)	0.02ppm以下
クロム(Cr)	0.02ppm以下
マンガン(Mn)	0.001ppm以下
鉄(Fe)	0.03ppm以下
濃度	60.0～62.0%