

Code No. 16-0618

## 製品規格書

### ポリアミドB-0

薄層クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、粉末
粒度(75 $\mu$ m通過分)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	5.0%以下
pH(100g/l水浸液, 25°C)	5.5～9.0
異物試験	試験適合
分離能	試験適合