

Code No. 16-0649

製品規格書

ペンタデカン

和光特級

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
密度(20℃)	0.764～0.771g/ml
凝固点	9～11℃
屈折率20℃	1.430～1.435
水分	0.1%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	97.0%以上