Code No. 16-0822

製品規格書

0.005mol/L 過マンガン酸カリウム溶液

容量分析用

試　験　項　目	規　格　値
外観	暗赤紫色澄明の液体
* ファクター(20℃)	0.990～1.009

*JIS K 0102-1:2021 17.2.2 e) による。

改訂日: 2021.07.22