

Code No. 16-0822

## 製品規格書

### 0.005mol/L 過マンガン酸カリウム溶液

容量分析用

試験項目	規格値
外観	暗赤紫色澄明の液体
* ファクター(20°C)	0.990~1.009

\*JIS K 0102-1:2021 17.2.2 e) による。