

Code No. 16-0824

製品規格書

精製水

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
臭気(1)	認めない
臭気(2)	認めない
導電率	5 μ S/cm以下
蒸発残分	10ppm以下
酸又は塩基(1)	試験適合
酸又は塩基(2)	試験適合
塩化物	試験適合(Cl:約0.1ppm以下)
硝酸性窒素	試験適合
亜硝酸性窒素	試験適合
りん酸塩及びけい酸塩(SiO ₂ として)	0.1ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	1ppm以下
重金属	試験適合
鉄(Fe)	0.05ppm以下
アンモニウム(NH ₄)	0.05ppm以下
過マンガン酸還元性物質	試験適合(Oとして:約1ppm以下)
微生物限度	102CFU/mL以下