

Code No. 16-0895

製品規格書

過塩素酸(60%)

有害金属測定用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
亜鉛(Zn)	5ppb以下
カドミウム(Cd)	1ppb以下
水銀(Hg)	1ppb以下
すず(Sn)	10ppb以下
鉛(Pb)	2ppb以下
砒素(As)	5ppb以下
アンチモン(Sb)	10ppb以下
バナジウム(V)	10ppb以下
セレン(Se)	50ppb以下
クロム(Cr)	10ppb以下
マンガン(Mn)	10ppb以下
濃度	60.0～62.0%