

Code No. 16-0939

## 製品規格書

### りん酸二水素カリウム(オキシダント測定用)

#### オキシダント測定用

試験項目	規格値
* 外観	白色の結晶
純度	99.0%以上
水溶状	試験適合
pH(50g/L, 25°C)	4.2~4.6
窒素化合物(Nとして)	0.001%以下
重金属(Pbとして)	0.001%以下
オキシダント測定適合性	試験適合

JIS K 8118:2004  
(\*:当社追加項目)