

Code No. 16-1189

## 製品規格書

### ペルオキシ二硫酸カリウム

窒素・りん測定用

試験項目	規格値
* 外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶～結晶性粉末
純度(K <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>8</sub> )	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
窒素化合物(Nとして)	質量分率5ppm以下
りん化合物(Pとして)	質量分率0.3ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下

JIS K 8253:2020(\*:当社追加項目)