

Code No. 16-1416

## 製品規格書

### 5%イソチオシアン酸フェニル・n-ヘプタン溶液

島津タンパク質一次構造分析装置用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
ジフェニルチオ尿素	0.0005%以下
フェニルチオ尿素	0.0005%以下
過酸化物	試験適合
アミノ酸配列分析適合性	試験適合
純度(HPLC)(イソチオシアン酸フェニル)	99.9%以上
濃度	5.0~5.5%