

Code No. 16-1572

## 製品規格書

### p-アミノ安息香酸カリウム

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色、結晶性粉末又は顆粒
水溶状	試験適合
水分	2.0%以下
pH(50g/l, 25℃)	実績値集積のうえ、規格化する
含量	98.0%以上