

Code No. 16-1606

## 製品規格書

### パラホルムアルデヒド

組織固定用

試験項目	規格値
外観	白色、顆粒～粉末
水酸化ナトリウム溶液溶状	試験適合
緩衝液溶状	試験適合
酸(HCOOHとして)	0.02%以下
含量(ホルムアルデヒドとして)	94.0%以上