

Code No. 16-1863

製品規格書

ピリメタミン標準品

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色、結晶～粉末
酢酸溶状	試験適合
融点	238～242℃
乾燥減量(105℃)	1.0%以下
含量(容量分析)(乾燥後)	99.0%以上
含量(HPLC)	99.0%以上