

Code No. 16-1883

## 製品規格書

### 1,2-プロパンジアミン

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
水溶性	試験適合
密度(20°C)	0.860～0.866g/ml
水分	1.0%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上