

Code No. 16-1896

製品規格書

パソプレップR568

病理組織包埋用

試験項目	規格値
外観	白色のペレット
着色度	試験適合
溶融状態	試験適合
融点	56~58°C
異物試験	試験適合
実用試験	試験適合