

Code No. 16-1925

製品規格書

2%水酸化カリウムシリカゲル

ダイオキシン類分析用

試験項目	規格値
外観	白色の微粒
粒度(75~150 μ m)	75%以上
粒度(45 μ m通過分)	5%以下
沈降容積	1.6~2.3ml/g
乾燥減量(105 $^{\circ}$ C)	2.0%以下
実用試験	試験適合
水酸化カリウム(KOH)(乾燥物換算)	1.6~2.4%