

Code No. 16-1970

製品規格書

0.5%過よう素酸溶液(PAS染色用)

病理研究用

試験項目	規格値
外観 濃度(HIO ₄ として)	無色～ごくうすい褐色、澄明の液体 0.4～0.7%