

Code No. 16-1996

## 製品規格書

0.25mol/L りん酸二水素カリウム溶液

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
吸光度(220nm)	0.02以下
吸光度(230~400nm)	0.01以下
pH(25°C)	4.2~4.6
蛍光試験	試験適合
濃度(20°C)	0.24~0.26mol/L