

Code No. 16-2023

製品規格書

石油エーテル

ダイオキシン類分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
留分(30~60℃)	90vol%以上
水分	0.03%以下
不揮発物	2ppm以下
ヘキサン(キャピラリーカラムGC)	5~15%
ダイオキシン類分析適合性	試験適合