

Code No. 16-2036

## 製品規格書

### 8mol/L 水酸化カリウム溶液

容量分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
ファクター(20°C)(指示薬法)	0.990~1.009