Code No. 16-2049

製品規格書

りん酸

高速液体クロマトグラフ用

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
吸光度(1→4, 220nm)	0.03以下
吸光度(1→4, 240nm)	0.02以下
吸光度(1→4, 254nm)	0.02以下
吸光度(1→4, 300～400nm)	0.01以下
蛍光試験	試験適合
含量	85.0%以上

改訂日: 2022.04.01