

Code No. 16-2268

製品規格書

ピュアセリシンTM

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上、減圧)	11.0%以下
pH(10g/L, 25°C)	6.0～8.0
エンドトキシン	25EU/g未満
全窒素(N)	13.0～18.0%