

## 製品規格書

農薬混合標準液PL-7-2 (各20  $\mu\text{g}/\text{mL}$  アセトニトリル溶液)

残留農薬試験用

試験項目	規格値
外観	黄色透明の液体
実用試験	試験適合
チアメトキサム	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
クロチアニジン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
クロリダゾン(PAC)	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
チアクロプリド	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
チアベンダゾール	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
アザメチホス	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ジメチリモール	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
イソキサフルトール	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
アジンホスメチル	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ピリフタリド	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
(E)-フェリムゾン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
(Z)-フェリムゾン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
メトキシフェノジド	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
イプロバリカルブ	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
クロマフェノジド	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ブタフェナシル	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
シメコナゾール	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
オリザリン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
シアゾファミド	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ナプロアニリド	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
フェノキシカルブ	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
アニロホス	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
シフルフェナミド	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ピラゾリネート(ピラゾレート)	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
インドキサカルブ	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ベンゾフェナップ	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
フラチオカルブ	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$

クロキントセットメキシル

アベルメクチンB1a

19.4~20.6  $\mu\text{g}/\text{mL}$

19.4~20.6  $\mu\text{g}/\text{mL}$