

Code No. 16-2303

製品規格書

農薬混合標準液 PL-8-1 (各20 μg/mL アセトニトリル溶液)

残留農薬試験用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
実用試験	試験適合
フルメツラム	19.4~20.6 μg/mL
チフェンスルフロンメチル	19.4~20.6 μg/mL
フロラスマム	19.4~20.6 μg/mL
クロランスラムメチル	19.4~20.6 μg/mL
ジクロスマム	19.4~20.6 μg/mL
チジアズロン	19.4~20.6 μg/mL
ホルクロルフェニュロン	19.4~20.6 μg/mL
ハロキシホップ	19.4~20.6 μg/mL
ジベレリン(ジベレリンA3)	19.4~20.6 μg/mL
フルロキシピル	19.4~20.6 μg/mL
4-クロロフェノキシ酢酸(4-CPA)	19.4~20.6 μg/mL
プロモキシニル	19.4~20.6 μg/mL
1-ナフタレン酢酸	19.4~20.6 μg/mL
クロプロップ	19.4~20.6 μg/mL
アイオキシニル	19.4~20.6 μg/mL
トリクロピル	19.4~20.6 μg/mL
メコプロップ(MCPP)	19.4~20.6 μg/mL
ジクロルプロップ	19.4~20.6 μg/mL
MCPB	19.4~20.6 μg/mL
アシフルオルフェン	19.4~20.6 μg/mL
ホメサフェン	19.4~20.6 μg/mL