

Code No. 16-2305

製品規格書

農薬混合標準液PL-10-1 (各20 $\mu\text{g}/\text{mL}$ アセトン溶液)

残留農薬試験用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
実用試験	試験適合
アルジカルブ	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
アルドキシカルブ(アルジカルブスルホン)	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
アセフェート	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ベンダイオカルブ	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
メトリブジン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
カルバリル(NAC)	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
メタラキシル	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
チアベンダゾール	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
アゾキシストロビン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$