

Code No. 16-2317

## 製品規格書

### プロペタンホス標準品

残留農薬試験用

試験項目	規格値
外観	ごくうすい黄色～うすい黄色、澄明の液体
アセトン溶状	試験適合
水分	0.5%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上
含量(qNMR)	98.0%以上