

Code No. 16-2320

製品規格書

ペニシリン-ストレプトマイシン-L-グルタミン溶液(X100)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色～うすい黄色、透明の液体
pH	5.0～7.0
浸透圧	470～570mOsm/kg
エンドトキシン	0.3EU/ml以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合