

Code No. 16-2355

製品規格書

PBS(-)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
pH	7.1～7.3
浸透圧	280～320mOsm/kg
エンドトキシン	0.1EU/ml以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合