

Code No. 16-2362

## 製品規格書

### PAP標準物質

Traceable Reference Material

試験項目	規格値
外観	無色～うすい黄色、透明の液体
アセトン溶状	試験適合
水分	0.2%以下
純度	98.0%以上
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上