

Code No. 16-2388

## 製品規格書

### 15種農薬混合標準液 水質-2 (各20 $\mu\text{g}/\text{mL}$ アセトン溶液)

残留農薬試験用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
実用試験	試験適合
ダイアジノンオキソン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
トルクロホスメチルオキソン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
MEPオキソン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
マラオキソン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
MPPオキソン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
クロルピリホスオキソン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
イソフェンホスオキソン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ブタミホスオキソン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
イソキサチオンオキソン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
MPPオキシソンスルホキシド	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
MPPオキシソンスルホン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
MPPスルホキシド	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
MPPスルホン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ベンゾエピンスルフェート	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
EPNオキソン	19.4~20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$