

Code No. 16-2397

製品規格書

農薬混合標準液PL-15-1 (各20 μg/mLアセトニトリル溶液)

残留農薬試験用

試験項目	規格値
外観	赤色透明の液体
実用試験	試験適合
アルドキシカルブ(アルジカルブスルホン)	19.4~20.6 μg/mL
オキサミル	19.4~20.6 μg/mL
アルジカルブ	19.4~20.6 μg/mL
カルボフラン	19.4~20.6 μg/mL
テブチウロン	19.4~20.6 μg/mL
カルバリル(NAC)	19.4~20.6 μg/mL
モノリニュロン	19.4~20.6 μg/mL
フルリドン	19.4~20.6 μg/mL
ジメトモルフ	19.4~20.6 μg/mL
フェンアミドン	19.4~20.6 μg/mL
フルフェナセット	19.4~20.6 μg/mL
エポキシコナゾール	19.4~20.6 μg/mL
ジフルベンズロン	19.4~20.6 μg/mL
シプロジニル	19.4~20.6 μg/mL
トリフルムロン	19.4~20.6 μg/mL
クロフェンテジン	19.4~20.6 μg/mL
キザロホップエチル	19.4~20.6 μg/mL
ルフェヌロン	19.4~20.6 μg/mL
プロパキザホップ	19.4~20.6 μg/mL
(Z)-フェンピロキシメート	19.4~20.6 μg/mL
ヘキシチアゾクス	19.4~20.6 μg/mL
(E)-フェンピロキシメート	19.4~20.6 μg/mL
ジウロン(DCMU)	19.4~20.6 μg/mL
リニュロン	19.4~20.6 μg/mL
ボスカリド	19.4~20.6 μg/mL
テブフェノジド	19.4~20.6 μg/mL
ノバルロン	19.4~20.6 μg/mL

