

Code No. 16-2419

製品規格書

プロクロラス標準物質

Traceable Reference Material

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～粉末
アセトン溶状	試験適合
融点	45～52℃
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	0.2%以下
純度	98.0%以上
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上