

Code No. 16-2428

製品規格書

ホサロン標準物質

Traceable Reference Material

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
アセトン溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	0.1%以下
純度	98.0%以上
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上