

Code No. 16-2446

製品規格書

プロパホス標準物質

Traceable Reference Material

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
アセトン溶状	試験適合
水分	0.2%以下
純度	97.0%以上
含量(キャピラリーカラムGC)	97.0%以上