

Code No. 16-2585

製品規格書

PSFM-J1培地ワコ一, 液体

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	褐色、澄明～ほとんど澄明の液体
pH	6.2～6.4
浸透圧	350～410mOsm
エンドトキシン	10EU/mL未満
マイコプラズマ試験	試験適合
無菌試験	試験適合
培養試験	試験適合