

Code No. 16-2615

製品規格書

パラオキシ安息香酸

局方一般試験法用

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶
融点(JP法)	212～216℃
含量(JP法)	98.0%以上
* 水-メタノール-酢酸溶状	試験適合
* 水分	実測値報告

*:当社追加項目