

Code No. 16-2627

製品規格書

DL-プロリン

和光一級

試験項目	規格値
外観	試験適合
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=2,H2O)	実績値集積のうえ、規格化する
強熱残分(硫酸塩)	0.2%以下
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量	98.0%以上