

Code No. 16-2682

製品規格書

パラオキシ安息香酸プロピル

局方一般試験法用

試験項目	規格値
性状(JP法)	無色の結晶又は白色の結晶性の粉末
確認試験(JP法)	試験適合
融点(JP法)	96~99℃
純度試験(JP法)	-
(1) 溶状(JP法)	試験適合
(2) 酸(JP法)	試験適合
(3) 重金属(JP法)	20ppm以下
(4) 類縁物質(JP法)	試験適合
強熱残分(JP法)	0.1%以下
含量(JP法)	98.0~102.0%
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する

*:当社追加項目