

Code No. 16-2705

製品規格書

hPSC解離溶液

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
pH	9.5~10.5
浸透圧	300~330mOsm/kg
エンドトキシン	0.1EU/ml以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合