

Code No. 16-2827

製品規格書

PTH-アミノ酸溶離液B (グラジエント用)

島津タンパク質一次構造分析装置用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
pH(20℃)	5.4～5.6
実用試験	試験適合