

Code No. 16-2841

## 製品規格書

### パラジウム標準液 (Pd 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	黄褐色澄明の液体
濃度(20℃)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合