

Code No. 16-2852

## 製品規格書

### フェノール類6種混合標準液(アセトン溶液)

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
不純物	試験適合
2-クロロフェノール(20°C)	950~1050mg/L
フェノール(20°C)	950~1050mg/L
2,6-ジクロロフェノール(20°C)	950~1050mg/L
2,4-ジクロロフェノール(20°C)	950~1050mg/L
2,4,6-トリクロロフェノール(20°C)	950~1050mg/L
4-クロロフェノール(20°C)	950~1050mg/L