

Code No. 16-2853

## 製品規格書

### パラジウム標準液 (Pd 1000)

原子吸光分析用

試験項目	規格値
外観	黄褐色澄明の液体
酸濃度(HCl)	0.8~1.2mol/L
濃度(20°C)	0.99~1.01mg/mL