Code No. 16-2855

製品規格書

プラセオジム標準液 (Pr 1000)

原子吸光分析用

試　験　項　目	規　格　値
外観	ごくうすい黄緑色澄明の液体
酸濃度(HNO3)	0.9～1.1mol/L
濃度(20℃)	0.99～1.01mg/mL

制定日: 2018.12.13