

Code No. 16-2878

## 製品規格書

### プラセオジウム標準液 (Pr 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	ごくうすい黄緑色透明の液体
濃度(20℃)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合